



www.risiko-raus.de

DGUV, Landesverband Südost, Am Knie 8, 81241 München

An die
Damen und Herren
Durchgangärzte
in Bayern und Sachsen

Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom:
Unser Zeichen: 413.2
Ansprechpartner: Harald Zeitler
Telefon: 089 82003-500, 501, 502, 503
Fax: 089 82003-599
E-Mail: lv-suedost@dguv.de

Datum: 7. Oktober 2011

Rundschreiben Nr. 8/2011 (D)

Freiwillige Rückrufaktion von Hüftoberflächenersatzsystemen der Firma DePuy

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Firma DePuy hat im Herbst 2010 das ASR Hüftsystem (ASR Oberflächenersatz, ASR XL Acetabulumsystem) zurückgerufen, bei dem wegen Abriebs eine erhöhte Zahl von Revisionseingriffen notwendig wird und Folgeschäden drohen.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die sogenannten Oberflächenersatzprothesen an der Hüfte nicht auch bei Versicherten der gesetzlichen Unfallversicherungsträger zum Einsatz gekommen sind.

Sollten sich bei Ihnen Versicherte der gesetzlichen Unfallversicherung in Behandlung befinden bzw. befunden haben, die auf Grund der Folgen eines Arbeitsunfalls mit dem oben genannten Hüftoberflächenersatzsystem versorgt wurden, bitten wir Sie, die Namen der Patienten dem jeweils zuständigen gesetzlichen Unfallversicherungsträger mitzuteilen.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Harald Zeitler
Geschäftsstellenleiter